

**POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”**

Dotyczy: Zapytanie ofertowe – Różnicowy Kalorymetr DSC

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY  
DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY**

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

- Pytanie:** Prosimy o podanie konfiguracji posiadanego przez firmę Synthos systemu STAR.  
**Odpowiedź:** STAR<sup>e</sup> System Server v.15.00 firmy Mettler Toledo.
- Pytanie:** Prosimy o podanie formatu danych systemu STAR.  
**Odpowiedź:** Dane tworzone są i zapisywane w dostarczonej przez Producenta bazie DB2 Server Edition.
- Pytanie:** Prosimy o podanie konfiguracji posiadanego przez firmę Synthos systemu z modułami DSC i TGA.  
**Odpowiedź:** Zestaw składa się z analizatorów TGA i DSC firmy Mettler Toledo zarządzanych oprogramowaniem STAR<sup>e</sup> System Server v.15.00

**W związku z wyżej wymienioną Listą pytań i odpowiedzi Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia:**

**Ofertę należy złożyć w terminie 10.06.2022 do godziny 23.59**

- na adres e-mail:  
magdalena.mazur-bucka@synthosgroup.com

oraz

- w zamkniętej kopercie na adres: Magdalena Mazur-Bucka  
Synthos S.A.  
Budynek E-119 II piętro, pok. 17  
ul. Chemików 1  
32-600 Oświęcim

z dopiskiem:

**„Zapytanie ofertowe nr 265/TZ/MMB/2022 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać”.**

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

**Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.**